

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
จัดซื้อเครื่องให้การรักษากายการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทส่วนปลายด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS)
ประจำโรงพยาบาลท่ากระดาน หมู่ ๒ ตำบลท่ากระดาน
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลท่ากระดานได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงสนับสนุนโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ กับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี ๕ จำนวน ๑ โครงการจัดซื้อเครื่องให้การรักษากายการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทส่วนปลายด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS) ประจำโรงพยาบาลท่ากระดาน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาเครื่องให้การรักษากายการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทส่วนปลายด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับใช้ในการรักษา ฟันผุ และบรรเทาอาการของผู้ป่วยของโรงพยาบาลท่ากระดาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลท่ากระดาน โดยนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยมาใช้ในการดูแลรักษา ช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อลดอาการปวด เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ตลอดจนรองรับปริมาณผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น และพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลท่ากระดานให้มีมาตรฐานและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลท่ากระดาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/๒. ๓.๘ ไม่เป็นผู้...

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางนัยนา จันธร์มา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวจิรพรรณ ครุฑทอง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวพิมพ์พิศา มงคลสารโสภณ)

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปี สิ้นสุดก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผลงานการขายเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในสถานพยาบาลของรัฐ และ โรงเรียนแพทย์มาแล้วอย่างน้อย ๖ ปี (เนื่องจากเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องใช้งานสำหรับการรักษา มีผลกระทบในเรื่องความปลอดภัยต่อผู้มาเข้ารับการรักษาโดยตรง จึงต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงาน) โดยจะต้องยื่นเป็นสำเนาสัญญาที่เป็นสัญญาโดยตรงกับหน่วยงานรัฐหรือโรงเรียนแพทย์ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) อย่างน้อย ๓ สัญญา โดยยื่นในวันยื่นข้อเสนอ

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

รายละเอียดคุณสมบัติของพัสดุที่ต้องการตามภาคผนวก

/๕. ระยะเวลา...

(ลงชื่อ).....นิยา.....ประธานกรรมการ

(นางนัยนา จันทร์มา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวจิรพรรณ ครุยทอง)

(ลงชื่อ).....พิมพ์พิศา.....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์พิศา มงคลสารโสภณ)

๕. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

ผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุให้ถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาให้พร้อมที่จะใช้งานได้และส่งมอบภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองบริหารการสาธารณสุข ฉบับพฤษภาคม ๒๕๖๗ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้การรักษาอาการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทส่วนปลาย ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS) จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

๗. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

ใช้หลักเกณฑ์ราคาโดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุด

๘. วงเงินในการจัดซื้อ

งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ราคากลางในการดำเนินการ ตามแบบ บก.๐๖ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

/ภาคผนวก...

(ลงชื่อ)..... <u>นิยมา</u>ประธานกรรมการ (นางนิยมา จันทร์มา)	(ลงชื่อ)..... <u>[ลายเซ็น]</u>กรรมการ (นางสาวจิรพรรณ ครุยทอง)	(ลงชื่อ)..... <u>พิมพ์พิศา</u>กรรมการ (นางสาวพิมพ์พิศา มงคลสารโสภณ)
--	--	--

ภาคผนวก
รายละเอียดเงื่อนไข
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้การรักษาอาการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทส่วนปลาย
ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS) จำนวน ๑ รายการ
โรงพยาบาลท่ากระดาน จังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงสาธารณสุข

รายการที่ ๑ ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้การรักษาอาการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทส่วนปลาย
ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS) หน้าที่การทำงาน จำนวน ๑ เครื่อง

รักษากลุ่มอาการปวด อาการชาจากเส้นประสาท และอาการออฟฟิศซินโดรม รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยโรค
อัมพฤกษ์ อัมพาต

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑ เป็นเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็ก
- ๒ มีโหมดการกระตุ้นแบบคลื่นแม่เหล็กสำหรับใช้งานได้หลายรูปแบบการรักษาและมีความแรงหลายระดับ ส่งคลื่นไปยังพื้นที่การรักษาได้หลายระดับ
- ๓ ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ISO ๑๓๔๘๕
- ๔ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐-๒๓๐ โวลต์ ๕๐-๖๐ เฮิร์ตซ์

คุณลักษณะทางเทคนิค

- ๔.๑ หน้าจอสีสัมผัส (LCD) แสดงค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการรักษา ขนาดไม่ต่ำกว่า ๘ นิ้ว
- ๔.๒ มีหัวยิงพร้อมใช้งาน ๒ channel โดยความแรงของแม่เหล็ก CH๑ : ๓.๐ T-pp และ CH๒ : ๓.๐ T-pp
- ๔.๓ โหมดการปฏิบัติงานมีการตั้งค่าล่วงหน้าตามโรคต่าง ๆ อย่างน้อย ได้แก่ Auto mode (ไม่น้อยกว่า ๒๕ โหมด) โหมดการรักษาที่ผู้ใช้กำหนดเอง (Manual mode) และโหมด User mode โหมดละไม่น้อยกว่า ๒๐ โหมด
- ๔.๔ มีกำลังของแม่เหล็กไม่น้อยกว่า ๓ เทสลา หรือ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
- ๔.๕ สามารถปรับระดับพลังงาน (Intensity) ได้ตั้งแต่ ๑ - ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
- ๔.๖ สามารถปรับความถี่ได้ตั้งแต่ ๑ - ๑๕๐ เฮิร์ตซ์
- ๔.๗ สามารถตั้งเวลาการรักษาได้สูงสุด ๑ - ๖๐ นาที
- ๔.๘ หน้าจอมีสัญลักษณ์แสดงอุณหภูมิความร้อนของ Transducer ขณะใช้งาน
- ๔.๙ สามารถปรับความสว่างหน้าจอ และปรับระดับเสียงของเครื่องได้
- ๔.๑๐ มีปุ่มสวิตช์ และ กุญแจ สำหรับ เปิด-ปิดเครื่อง
- ๔.๑๑ ตัวเครื่องอยู่บนฐานล้อ ๔ ล้อ สะดวกในการเคลื่อนย้ายและสามารถล็อกล้อให้หยุดนิ่งได้
- ๔.๑๒ ใช้ระบบทำความเย็นระบายความร้อนแบบ Cooling Oil
- ๔.๑๓ มีเสาสำหรับแขวนหัวยิงเพื่อพร้อมใช้งานเครื่องและอยู่บริเวณกึ่งกลางของเครื่องเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
- ๔.๑๔ มีปุ่มฉุกเฉินใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้เครื่องหยุดทำงาน


/อุปกรณ์ประกอบ...

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางนัยนา จันทрма)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวจิรพรรณ ทรัพย์ทอง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวพิมพ์พิศา มงคลสารโสภณ)

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑ สายไฟ	จำนวน ๑ เส้น
๕.๒ Transducer Arm holder	จำนวน ๑ ชุด
๕.๓ Transducer ติดกับตัวเครื่อง	จำนวน ๒ หัว
๕.๔ กุญแจสำหรับ เปิด-ปิดเครื่อง	จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดอก
๕.๕ คู่มือประกอบการใช้งานภาษาอังกฤษและภาษาไทย	จำนวน ๑ เล่ม

เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๖.๒ รับประกันการใช้งาน ๒ ปี และเข้าบำรุงรักษาตัวเครื่องทุกๆ ๔ เดือน นับถัดจากวันส่งมอบสินค้าและคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
- ๖.๓ ผู้ขายจะต้องส่งผู้เชี่ยวชาญที่มีใบรับรองการผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือนี้ เข้าอบรมให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้งานเครื่องให้ใช้งานเครื่อง ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- ๖.๔ หากเครื่องเกิดความชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ทางบริษัทจะส่งช่างซ่อมบำรุงเข้าไปภายใน ๗๒ ชั่วโมง และแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ภายใน ๗๒ ชั่วโมง
- ๖.๖ ผู้ขายต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องมือและบริษัทส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจบำรุงรักษาและปรับเครื่องเป็นประจำโดย เข้าทุก ๔ เดือน เป็นเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
- ๖.๕ หากผู้ขายไม่สามารถซ่อมได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะต้องนำเครื่องสำรองมาให้งาน โดยหากมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
- ๖.๗ ผู้ขายต้องมีเอกสารแสดงการผ่านการอบรมของช่างซ่อมบำรุงจากประเทศผู้ผลิตอย่างน้อย ๕ ปี โดยจะต้องยื่นในวันยื่นข้อเสนอ
- ๖.๘ ผู้ขายต้องมีใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต โดยจะต้องยื่นในวันยื่นข้อเสนอ
- ๖.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผลงานการขายเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในสถานพยาบาลของรัฐ และ โรงเรียนแพทย์มาแล้วอย่างน้อย ๖ ปี (เนื่องจากเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องใช้งานสำหรับการรักษา มีผลกระทบในเรื่องความปลอดภัยต่อผู้มาเข้ารับการรักษาโดยตรง จึงต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงาน) โดยจะต้องยื่นเป็นสำเนาสัญญาที่เป็นสัญญาโดยตรงกับหน่วยงานรัฐหรือโรงเรียนแพทย์ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) อย่างน้อย ๓ สัญญา โดยยื่นในวันยื่นข้อเสนอ


/ความปลอดภัย...

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางนัยนา จันทร์มา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวจิรพรณ คุรยทอง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวพิมพ์พิศา มงคลสารโสภณ)

ความปลอดภัย

มีหนังสือรับรองคุณภาพ ISO ๑๓๔๘๕ และเอกสารมาตรฐาน CE เป็นอย่างน้อย โดยจะต้องยื่นในวันยื่นข้อเสนอ

การตรวจสอบและการทดลอง

ในวันส่งมอบงาน ผู้ขายจะต้องมีการสาธิตการทำงานของเครื่องให้กับโรงพยาบาลท่ากระดาน โดยคณะกรรมการตรวจรับ

เอกสารที่ใช้ประกอบการเข้ารับการคัดเลือก

๑.๑. ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ (เอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
- หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบพัสดุ

ส่วนที่ ๒ (ข้อเสนอทางด้านเทคนิคและใบเสนอราคา) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องให้การรักษาอาการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทส่วนปลายด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS) พร้อมอุปกรณ์และแคตตาล็อกเอกสารอ้างอิงต่างๆ และทำเครื่องหมายกำกับหน้าข้อให้ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดนี้ โดยทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารเป็นหลักสำคัญ
- ใบเสนอราคา
- ข้อเสนออื่นๆ (ถ้ามี)

๒. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

โรงพยาบาลท่ากระดานจะพิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาจากเอกสารส่วนที่ ๒ โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ถือเป็นที่สุด

/๓. เจื่อนไข...

(ลงชื่อ).....นัยนา.....ประธานกรรมการ
(นางนัยนา จันทร์มา)

(ลงชื่อ).....[ลายเซ็น].....กรรมการ
(นางสาวจิรพรรณ คุรุทอง)

(ลงชื่อ).....พิมพ์พิลา.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์พิลา มงคลสารโสภณ)

๓. เงื่อนไขอื่นๆ

๓.๑. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องลงนามสัญญาตามรูปแบบที่ทางโรงพยาบาลท่ากระดานกำหนด

๔. ระยะเวลาการดำเนินการ


๔.๑. กำหนดส่งของ ๙๐ วัน

๕. ราคาากลาง (ราคาอ้างอิง)

บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองบริหารการสาธารณสุข ฉบับพฤษภาคม ๒๕๖๗ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้การรักษาอาการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทส่วนปลายด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS) จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ).....นันท.....ประธานกรรมการ
(นางนัยนา จันทร์มา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวจิรพรรณ ครุยทอง)

(ลงชื่อ).....พิมพ์พิศา.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์พิศา มงคลสารโสภณ)